

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 10 月 31 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2019 年 10 月 21 日		作業時間： Hr
顧客名	郡山ラポール歯科 様	TEL： 024-962-0830	
所在地	福島県郡山市御前南5-73	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2017 年 10 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100277	運転回数： 175/1689	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー26 停電			
原因			
・サーキットプロテクタ誤作動 → サーキットプロテクタ品質不良 (エラー26)			
処置、作業内容			
・サーキットプロテクタ交換 (対策品)			
・各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・サーキットプロテクタ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

郡山ラポール歯科
院長 渡辺 典久
〒963-0209 郡山市御前南5-74
TEL 024-962-0830 FAX 024-962-0831

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/10/21 富田	環PJ '19/10/21 関口