

点検・修理報告書

管理 No. 20190924

発行日: 2019年9月24日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 9 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	アイデンタルクリニック 様		TEL:
所在地	宮城県仙台市泉区南中山1-27-357		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 東北支店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100336	運転回数: 1794
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.12(ドアセンサ異常)、No.14(真空時間オーバー異常)		
原因		
・真空弁の故障(開かない)によりエラーが発生致しました。		
処置、作業内容		
・真空弁の部品交換作業を致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2	サーキットプロテクタ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 ☒ 2.無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認者名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

1 年 10 月 11 日

三番名

2019 年 9 月 24 日

石井

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

三
19/9/24
田小
19/9/24
柳