

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年 5月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300868
作業年月日	平成29年 5月 15日		作業時間： 1 Hr
顧客名	東新潟病院 様		TEL：025-286-8811
所在地	新潟県新潟市中央区姥ヶ山274番地1		ご担当 様
販売店	源川医科器械株式会社		ご担当 丸田 様
納入年月日	平成28年 5月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
異常なし			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 42
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数：148	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：57	殺菌/消毒+アル：93
	リークチェック：0	自己洗浄：79	アルコール単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
ポン水濃度計		☒	1			☐	
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成29年 5月 15日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 坪野 静香 

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
 TEL：025-233-0592

責任技術者	作者者
	