

B 作業報告書

お名前	牛養デンタルオフィス 様			ご承認印
住所				
TEL	022-727-6480	室名	洗浄滅菌室	
機種名	AC:WD	メーカー	IHI377テク	
型式	BC-17.WD 150	(号機)	製番	
完了	継続	有料	無料	返金

ご依頼内容・現象

エラ-16発生

(ご依頼者 様)

原因

槽内センサ補正值を2に設定した

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

センサ2を5に変更した。

試運転、水漏れ確認

お客様への伝言

作業日 20 20 年 8 月 31 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 点検点検	4 点検点検	5 点検	9 封入	(摘要)
形態	1 保守期間	2 スキット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品完成	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コ
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 7フ
							90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No)	
2	技術料	2 日 × 1 名 × 8000円	16000
3	派遣料	10km × 1 名 × 100円 × 250	2000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6			

サービスセンター	仙台SC	実施者	後藤 三浦
TEL	022-231-0050		

取扱業者 (請求先)

(株) IHI377テク

(支店名)

(ご担当者)

小山 様

(注文No.)

管理No 828663

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒397-0018 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	仙台SC	つくばSC	仙台SC	大宮SC	福岡SC
仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC
仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC
仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC	仙台SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2290 FAX 0268-27-2250

施設用長レンタル・販売・住宅リフォーム

♡ CARE メディカルケア株式会社

〒397-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

③ A

部品代

④ B

技術料等

21,000

⑤

⑥

税別合計金額

21,000

消費税

2,100

ご請求金額 ¥

23,100

納品書No

B 実施者→取扱業者

2020年 8月31日 14時07分

0222831534 IHI377テク 仙台SC

NO.9882 P. 3