

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年 9月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300082
作業年月日	平成29年 9月 6日		作業時間： 2 Hr
顧客名	新潟県立妙高病院 様		TEL：0255-86-2003
所在地	新潟県妙高市大字田口147番地1		ご担当 様
販売店	カナイ医療器株式会社		ご担当 中嶋 様
納入年月日	平成26年 5月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

異常なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1735
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：605	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：971	殺菌/消毒+アル：1264
	リークチェック：0	自己洗浄：645	アルコール単独：8	エア単独：9

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	5
オゾン水濃度計		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	H2O2溶液		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

平成29年 9月 6日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

川俣 順一



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者