

お名前	小松 ことし			様	ご承認印
住所					小松
TEL	077-220-1660	署名	沢田 誠 宣		
機種名	WD			メーカー	(株)ZHIZOUS
型式	WD-150 (号機)			製番	13100036
完了	継続	有料	無料	運送回数	

漏水用ジョイントセンサーの作動
(エアー発圧)

②著しい水漏れはなく、長年使用した洗剤の
汚い水漏れ等の汚れが蓄積され、フロアが
非常に汚いと思われまふ。

☐ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

②漏水用プロトセキ清掃
③各水漏れ点の部令を登録せよ
※再発防止は、部品を交換改修する。
(ヒター1872、プロトセキ)

※扉左下より水漏れが有りした。同窓母を
改修した上で様子を見て下之に。

NO. 0116 P. 2