

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 2 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：100049
作業年月日	令和 3 年 2 月 24 日		作業時間：1 Hr
顧客名	浦川原診療所 様		TEL：025-599-2510
所在地	〒250-0201 新潟県浦川原町有馬		ご担当 高橋 様
販売店	(株) 金井医療器械店		ご担当 3030 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 10 年 0 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
特に無し			
不具合原因、作業内容			
特に無し。保守点検完了致しました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 525
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
保守点検完了致しました。次回は、令和4年2月に予定。			

装置 情報	交換後運転回数： 94	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 402	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 395	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		ご署名 高橋 龍一 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者 R3-2/24 	作業者 R3-2/24
----------------------	--------------------