

点検・修理報告書

管理 No. 210899

発行日: 2022年1月14日

IC Clave	
作業年月日	2022年1月10日 作業時間: 8 Hr
顧客名	野蒜が丘歯科医院 様
所在地	宮城県東松島市野蒜ヶ丘2-24-1 TEL: 0225-98-6611
販売店	(株)三上
納入年月日	2017 年 9 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100276	運転回数: 5306回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー26 停電異常が発生した。

原因

・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。

・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。

処置、作業内容

・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。

特記事項

・最新の状態にバージョンアップいたしました。(プログラム更新、最新対策実施)

・圧力センサーが故障しておりましたので、交換いたしました。

・蒸気発生器内部が焼けていたので、交換いたしました。

・蒸気ヒーターの被覆の劣化が激しいので、交換しました。

・ドアパッキンが劣化していたので、交換しました。

・アジャスタが破損していたので、交換しました。

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 サークットプロテクタ		2		
2 圧力センサー		1		
3 蒸気ヒーター		1		
4 蒸気発生器		1		
5 ドアパッキン		1		
6 アジャスタ		2		
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022年 1 月 25日

ご署名 三浦真悟

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
三浦 22/01/14 池	小 22/01/14 山	三浦 22/01/14 真悟