

点検・修理報告書

管理 No. 210298

発行日: 2021年9月10日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月1日 作業時間: 8 Hr
顧客名	飯淵歯科医院 様 TEL: 0224-56-1026
所在地	宮城県柴田郡柴田町槻木下町1-1-60 ご担当 様
販売店	(株)松本歯科商会 ご担当 小斎 様
納入年月日	2020 年 9 月 24 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300008	運転回数: 2193回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・ドアロック機構のセンサの位置がずれていたために、ドアが閉まっているにも関わらず、開放と検知し、エラー12を発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアロック機構のセンサ位置の調整をいたしました。		
・再発防止のため最新対策を施しました。		
特記事項		
・アジャスター破損のため、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	アジャスター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 13 日

ご署名 大坂 由夏 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
21/09/10	21/09/10	21/09/10