

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業株式会社 大倉

点検年月日	平成 23年 11月 29日	機種名	ONW-10	製造機番	001042
設置場所				TEL :	0877-32-2635
設置時期	平成 18年 2月 12日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度： 95.4 % 流量： 0.8 L/min 圧力： 165 ~ 213 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐		
吸湿筒	交換 ☐		
ドレン用フィルタ	交換 ☒	/	
オゾン分解触媒	交換 ☒	/	
	交換 ☐		
	交換 ☐		

ご署名 氏家 浩二 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。