

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年2月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100162	
作業年月日	平成25年2月18日		作業時間	Hr	
顧客名	井戸内科クリニック		TEL	0868-22-2101	
所在地	岡山県津山市山下101番地		担当	山本 様	
販売店	(株)津山医研		担当	平岡 様	
納入年月日	平成23年1月21日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2年2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

・定期保守実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 594
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数	1255	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌	1369	殺菌+アル	1098
	リークチェック	837	自己洗浄	584	アルコール単独	2	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター系統(本体側)		☒	2
排水栓		☐	1	コネクター系統(追加側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年2月18日

井戸内科クリニック

井戸清仁 印

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

