

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年3月20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000		製造番号	100370	
作業年月日	平成 27年 3 月 20 日		作業時間	1.2 Hr	
顧客名	中島病院		TEL	0868-22-8251	
所在地	岡山県津山市田町122		担当	様	
販売店	株式会社メディックス		担当	中江 様	
納入年月日	平成 24年 6 月 21 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 4回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 288
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 1610		更新（リセット） ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌： 3964	殺菌＋アル： 2751
	リークチェック： 1	自己洗浄： 770		アルコール単独： 3	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H 27 年 3 月 20 日

ご署名

北村 早苗



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者

作業者

