

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 12 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300100
作業年月日	平成 27 年 12 月 18 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	あけぼのクリニック		TEL:	086-259-1551
所在地	岡山県岡山市南区築港新町 1-7-8		担当	様
販売店	赤木医科器械株式会社		担当	岩金 様
納入年月日	平成 25 年 12 月 9 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 535
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.171 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 170	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 26	殺菌+アル: 343
	リークチェック: 0	自己洗浄: 260	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 12 月 18 日

ご署名

川上 瑞恵

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

