

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 さくらんぼ歯科クリニック 御中

製造番号 (00188)

住所 山形県寒河江市元町4-11-22

点検日 2018年 12月 25日

点検時間 ~

点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☐ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☐ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

- ・ 定期メンテナンス 作業実施。
(ドアホッピン・洗剤・イオン剤ポンプ内チューブ交換)

お客様ご確認ご署名欄

2018年 12月 25日

ご署名

さくらんぼ歯科クリニック

院長 笹原 伸介

〒991-0053 山形県寒河江市元町4-11-22

TEL 0237-84-0078



本作業にて知れた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528