

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年10月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100330
作業年月日	平成28年10月28日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	もりの木おおにしクリニック		TEL: 0875-25-3291
所在地	香川県観音寺市茂西町1-1-41		担当 様
販売店	四国医療器株式会社		担当 白井 様
納入年月日	平成23年8月9日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 622
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 70	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 16	殺菌+アル: 291
	リークチェック: 13	自己洗浄: 293	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	/	☒	/			☐	
排水栓	/	☒	/			☐	
オゾン水濃度計	/	☒	/			☐	
オゾン水濃度計フィルター	/	☒	/			☐	
オゾンセンサー	/	☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		平成28年 10月 28日 ご署名 三谷 公江
--	--	----------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
 TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	