

保守点検・修理 報告書

発行日：令和元年10月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300087
作業年月日	令和1年10月24日	作業時間：1時間30分
顧客名	さとう内科医院 様	TEL：086-275-7711
所在地	岡山県岡山市中区中井269-8	院長 様
販売店	赤木医科器械株式会社	富田 様
納入年月日	平成25年10月23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6年 6回目 定期点検シール記入 ☒	出張・引取
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 620
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 124	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 152	殺菌/消毒+アル： 1052
	リークチェック： 0	自己洗浄： 990	アルコール単独： 1	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和元年 10 月 24 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 土肥 大 人	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	