管理 No.

保守点検・修理　報告書

発行日：令和2年1月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐　オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☑		製造番号：300180
作業年月日	令和2年1月24日		作業時間：1時間
顧客名	粟井内科医院　様		TEL：086-953-0617
所在地	岡山県岡山市東区瀬戸町万富622-1		院長　様
販売店	株式会社サンキ		和氣　様
納入年月日	平成26年3月24日	保証期間　内 ☐　外 ☑	付属品
作業区分	保守点検 ☑　総合点検 ☐　6年　2回目		定期点検ｼｰﾙ記入 ☑
(出張)・引取	修　理 ☐　点検のみ ☐　その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☑		殺菌槽 ＬＥＤ	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑		エアライン	正常 ☑	
アルコールライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	ﾊﾟﾙｽ数 495
オゾンセンサ	正常 ☑		排水栓、排水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
水位センサー	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑	履歴 0.90 ppm
水漏れ確認	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
清掃	正常 ☑	清掃 ☑	電源コード	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		殺菌チューブ類	正常 ☑	
殺菌槽コネクタ	正常 ☑		マニホールド周辺ﾁｭｰﾌﾞ	正常 ☑	
	☐			☐	

作業結果（(完了)、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報							
交換後運転回数： 527	更新（ﾘｾｯﾄ）(実施)・未実施	殺菌/消毒： 63	殺菌/消毒＋ｱﾙ： 828
リークチェック： 0	自己洗浄： 5	ｱﾙｺｰﾙ単独： 1	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量		交換部品名称	部品コード	交換	数量
ｵｿﾞﾝ分解触媒		☑	1		吸盤		☑	1
排水栓		☑	1		接続ｺﾈｸﾀ；水槽側		☑	2
ｵｿﾞﾝ水濃度計		☑	1		接続ｺﾈｸﾀ；ﾁｭｰﾌﾞ側		☑	2
ｵｿﾞﾝ水濃度計用ﾌｨﾙﾀ		☑	1		マニホールドチューブ		☑	1
オゾンセンサー		☑	1				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年　1 月　24 日

ご署名　粟井 一先　粟井 印

修理業者　新鋭工業 株式会社　岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	井上

Ver.3.1