保守点検・修理　報告書

管理 No.

発行日：　令和2年　6月　18日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：　500322
作業年月日	令和2年　6月18日		作業時間：　60　Hr
顧客名	水谷内科クリニック　様		TEL：　087-835-5037
所在地	香川県高松市木太町3602-1		院長　様
販売店	尾路医科器械株式会社		亀井　様
納入年月日	2019年6月17日	保証期間　内 ☐　外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☑　総合点検 ☐　/ 年 / 回目		定期点検シール記入 ☑
(出張)・引取	修　理 ☐　点検のみ ☐　その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☑		水槽 LED	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑		エアライン	正常 ☑	
アルコールライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	ﾊﾟﾙｽ数 564
オゾンセンサ	正常 ☑		排水栓、排水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
水位センサー	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑	履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
清掃	正常 ☑	清掃 ☑	電源コード	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		消毒 チューブ類	正常 ☑	
水槽側コネクタ	正常 ☑		マニホールド周辺ﾁｭｰﾌﾞ	正常 ☑	
	☐		運転ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	正常 ☑	Ver. /

作業結果 (完了)、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報				
	交換後運転回数：　35　更新（ﾘｾｯﾄ）(実施)・未実施		消毒(総運転回数)：　29	／消毒(洗剤洗浄あり)：　26
	消毒＋ｱﾙ(総運転回数)：　6		／消毒＋ｱﾙ(洗剤洗浄あり)：　6	
	リークチェック：　2	自己洗浄：　32	ｱﾙｺｰﾙ単独：　0	エア単独：　2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☑		オゾン分解触媒	☑	吸盤	☑
交換後 No. 13081495			排水栓	☑	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☑		接続ｺﾈｸﾀ；ﾁｭｰﾌﾞ側	☐	水フィルター	☑
			ｵｿﾞﾝ水濃度計用ﾌｨﾙﾀ	☑	排水フィルター	☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年　月　日

医療法人社団 光翔会 水谷内科クリニック

ご署名　　印

修理業者　新鋭工業 株式会社　岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	川上

Ver.1.0