

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和3年3月30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：301353
作業年月日	令和3年3月30日	作業時間：60分
顧客名	石川内科胃腸科医院 様	TEL：087-867-1000
所在地	香川県高松市松縄町48-2	院長 様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社	堤 様
納入年月日	平成30年3月8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 3回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 499
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：557	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：824	殺菌/消毒+7L：1000
	リークチェック：1125	自己洗浄：1	7L単独：108	エア単独：6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水フィルタ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 3 月 30 日

医療法人社団石川内科胃腸科医院

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者



Ver.3.1