

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 10 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100108	
作業年月日	平成 25 年 10 月 11 日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	東病院		TEL:		
所在地			担当	様	
販売店	(株) 熊本診療協力社		担当	様	
納入年月日	平成 22 年 9 月 9 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 360
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
各部点検 異常なし。			
(プログラム Ver 10.3 ⇒ 10.7)			

装置 情報	交換後運転回数:	116	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	15	殺菌+7L:	305
	リークチェック:	0	自己洗浄:	181	7Lアルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25 年 10 月 11 日

ご署名 青山 4里子 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津 5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者

