

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年10月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100567
作業年月日	平成26年10月28日	作業時間:	1
顧客名	札幌市外新青陽軒料理クリエータ	TEL:	092-958-1111
所在地	札幌市外新青陽軒料理クリエータ 5丁目30-4	担当	
販売店	東京ダイヤル(株) 久増米店	担当	
納入年月日	平成24年10月19日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/>	総合点検	<input type="checkbox"/> 2年 回目
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	定期点検ツル記入	<input checked="" type="checkbox"/>
		修理表示貼付	<input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 定期点検実施
 本機点検ツル記入

不具合原因、作業内容

点検項目	結果	殺菌槽 LED	状態	回数
フタロツク	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	回数 656
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	*排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	履歴 0.7 / ppm
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>			
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>			

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	1159	更新 (Y/N):	実施	未実施	殺菌+7L:	1556	殺菌+7L単独:	782
	リークチェック:	780	自己洗浄:	885		7L単独:	1	エプ単独:	6
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量		
インキロール基板		<input checked="" type="checkbox"/>	1	インキ99-		<input checked="" type="checkbox"/>	2		
脱気装置		<input checked="" type="checkbox"/>	1	オゾンセンサ		<input checked="" type="checkbox"/>	1		
オゾン濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input checked="" type="checkbox"/>			
オゾン濃度計ケーブル		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input checked="" type="checkbox"/>			
オゾン濃度計ケーブル		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input checked="" type="checkbox"/>			

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 10月 28日
 ご署名 佐藤 浩樹 印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	福岡支店
	福岡県福岡市東区多の津5-11-25	
	TEL: 092-622-0055	
責任技術者		作業者
		