

作業報告書

お得意様 なかにし 産科クリニック 様	ご承認印	
住所 福岡県みやき町遠尾	TEL	
TEL 0246-88-7407	室名	ご依頼 様
機種 IC clone	号機	廻転回数 1274 回
完了	推奨	無料
製造番号 100052	取扱業者名 イネテック 様	
ご担当者 伊澤 様		

ご依頼内容・現象
定期点検、検査、リセット
フロッピー、ハードディスクの交換

原因
ハードディスク 1
フロッピー 36P
フロッピー 23P
F.L.A.S.H 18P
ハードディスク 23P

処置
フロッピー 36P 交換 / 400-
ハードディスク 23P 交換 / 1000
時刻時刻合わせ、設定
市内清掃、ハードディスクの交換、廻転

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	図の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・印 ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 12 年 02 月 04 日

係形	1 保守契約	2 点検整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 延長外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スピード	3 C/M	4 医療機器		区分	特 非 待 待
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター

(24時間記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	日× 名× 2,500 円	2,500
3	派遣料	日× 名× 円	15,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター
TEL 0246-737-7636

実施者
植田

メモ

特記事項

①管理 No. 794427
 ②作業日 20 12 年 02 月 04 日
 ③Uコード 0246-88-7407
 ④機種コード 11-09
 ⑤製造 No. 100052
 ⑥保守・サービス形態 9-2-50
 ⑦作業区分
 ⑧故障コード
 ⑨実施 SC 56
 ⑩技術者 48
 ⑪同行 応接
 ⑫原因・処理 9-2-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	
部品代	
⑭ B	
技術料等	24,500
⑮	
⑯	
税別合計金額	24,500
⑰ B	
消費税	1,880
ご請求金額 ¥	25,380
納品書 No.	3119