あさひクリニック 納入時写真

撮影日:平成27年8月26日

旧ユーザ:上田脳神経外科 (宮崎県宮崎市本郷北方2703)

装置情報 戻る

型式	OED-1000
製造番号	100213
プログラム	Ver. 0103 / T01.A
納入年月日	10/11/09
前回定期交換日	14/11/20
交換後運転回数	0
運転回数(殺菌)	10
運転回数(殺菌+アル)	80
運転回数(リークチェック)	3
運転回数(自己洗浄)	4
運転回数(アルコール単独)	0
運転回数(エア単独)	0

異常履歴

Date	Time	Error	Ct
02/22	09:12	酸素圧力異常	13
02/22	09:19	酸素圧力異常	13
03/16	09:06	酸素圧力異常	13
03/16	09:12	酸素圧力異常	13
03/28	09:08	酸素圧力異常	13
03/28	09:20	酸素圧力異常	13
03/28	09:26	酸素圧力異常	13
03/28	09:49	酸素圧力異常	13
03/28	11:05	酸素圧力異常	13
08/28	08:43	殺菌槽異常	2

↑ ↓ 戻る