

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者:

篠原 誠一

点検年月日	28年 3月 2日	機種名	ONW-10	製造機番	001785
設置場所				TEL	
納入時期	22年 2月 26日	使用回数	28X	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.8 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度:	96 % 流量: 0.7 L/min 圧力: 1.9 ~ 2.0 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品			数量	コメント 定期点検実施 異常無し.
吸着筒	交換	☐	一式	
吸湿筒	交換	☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換	☐	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	

28年 3月 2日

ご署名

志保 マユミ



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。