

修理報告書兼工事完了証明書

No.

お客様	中山外科胃腸科医院		機種	種	ONW-10
所在地	〒 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比330-1 TEL 098-886-3717		機番	000642	
販売店	(株)中央医療器 担当 宮城松広 TEL 098-888-0070		納品日	2004年6月21日	
			依頼日	2008年11月27日	
修理者	(株)新鋭工業福岡 沖縄支店 新垣忠男	作業時間	作業日	2008年12月2日	

修理依頼・苦情内容

定期交換部品の交換。

不具合原因(故障箇所)と処置内容

インジケーター変色 (OK)
 PSA圧力 (0.105 ~ 0.175 MPA)
 酸素濃度 (94 %)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品	1	

20 年 12 月 9 日

ご署名

中山 良有