

修理報告書（引取り修理）					修理依頼番号		No. 120409
配布先	納入先	株式会社新鋭工業福岡 沖縄支店 殿			機種	ONW-10	
客先	所在地	沖縄県那覇市真嘉比 330-1			機番	000642	
環営	ユーザー名	中山外科胃腸科医院 様			納入日	平成17年6月21日	
防品	点検者	江口 博晃	作業時間	4hr	受付日	平成24年3月20日	
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年4月9日	
計	3						
修理依頼・苦情内容							
・給水量不足でエラーが出る							
不具合原因（故障箇所）と処置予定							
[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因） ・給水電磁弁、定流量弁にゴミが詰まり水が流れにくくなっていた。 また、洗浄槽後ろのエンビブレードホースが茶色くなって流れが悪いように感じた。							
[2] 修理・点検内容 ・電磁弁ゴミ清掃 ・定流量弁ゴミ清掃 ・洗浄槽後ろの配管清掃（カビ取り剤を循環） ・洗浄動作確認正常 オゾン水濃度：0.47mg/L～0.60mg/L オゾンインジケータ変色・・・正常							
[3] その他 酸素濃度、酸素流量は吸着筒を交換したばかりなので測定はしませんでした。							
－ 以上 －							
承認		交換部品					
		部品番号	部品名称		数量	備考	
審査			水位レベルセンサー		3本		
作成							
H24.4.9							
江口							

御見積書

岡-12-0067

平成24年3月30日

(株)新鋭工業福岡 沖縄支店 御中

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部 品質保証グループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名 内視鏡洗浄機修理

御見積金額

¥31,200

承認

審査

作成

江口

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月伝票No. :
受付日 : 平成24年3月20日
貴社名 :
顧客名 : 中山外科胃腸科医院 様
機種名 : ONW-10 642号機

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	給水電磁弁分解清掃	2個 取り外し組付け	1	H	9,000	9,000
2	定流量弁清掃	2個 取り外し組付け	0.5	H	9,000	4,500
3	洗浄槽配管清掃		1	H	9,000	9,000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
					小計	22,500
14	原因調査、部品取付、調整作業		0.5	H	9,000	4,500
15	運転確認・内部分解清掃		1	H	9,000	9,000
					小計	13,500
16	送料		1	式	3,000	3,000
					小計	3,000

定価	合計	39,000
----	----	--------

(株)新鋭工業福岡殿仕切価格	×0.80	31,200
----------------	-------	--------

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

年 月 日

ご署名

TEL

印