ウオッシャーディスインフェクター　WD－150　設置報告書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部　環境サービスGL
〒704－8122　岡山県岡山市東区宍甘大字新田170番6
TEL086－944－6528
FAX086－942－9030

お客様	あいざわ歯科医院　様	製造番号 14060084	ご確認	相澤
	〒950-2023新潟市小針白鳥527-2 TEL025-211-8051	納入日　2014.8.30設置		
	納入場所	納入検査・会社・実施者　エムシーサービス㈱　礒貝　薫		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	√	開閉動作確認	外装・設置	√	本体の水平確認・基準傾き内
	√	ドアパッキンキズ・汚れ点検		√	アジャスタフットの緩み・設置状態
	√	ドアロックユニット作動確認		√	キズ・汚れ
	√	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		√	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	√	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	√	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	√	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		√	入力・出力確認
	√	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	√	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	√	洗剤投入量の確認			
	√	ローラーポンプの動作確認			
給排水	√	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	√	付属品の確認
	√	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		√	運転説明
				√	装置内運転時異音・振動
電装系	√	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		ok
	√	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	√	行程表示LEDの点灯			
	√	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考