Ⓒ作業報告書

IHハンツ 小出様：安田様

お得様	あいざわ歯科医院 様	ご承認印	相澤
住所	新潟市西区小針白鳥 527-2		
TEL	025-211-8051	宛名	
ご依頼	様		
機種型式	ビバ ハンツ BC-17	号機	
運転回数	433 回		
完了 / 継続 / 有料 / 無料	製番	14060099	
取扱業者名	IHハンツ 様	ご担当者	安田 様

作業日 20 15 年 6 月 2 日

保守形態：1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態：1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分：00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

(24時制で記入)

	月	日	時	分
受付時間	6	2	15	40
出発時間				
到着時間	6	2	16	10
作業完了時刻	6	2	17	10

メモ: 49902

管理No. 763388

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
仙台SC 022-232-0050 金沢SC 076-223-4456 静岡SC 054-398-3010
郡山SC 024-939-7636 北陸SC 0284-82-1002 岩倉SC 0587-66-1677
新潟SC 025-275-8347 つくばSC 029-864-5009 京都SC 075 645 1423
長野SC 026-273-0720 埼玉SC 049-264-7044 大阪SC 072-625-6659
松本SC 0263-59-5065 千葉SC 043-206-0660 福岡SC 093 284 5500
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
扉が開かない。
マニュアル アンロック操作をしても開かない。

原因
ドアパッキンの一部が前から脱落していたため、扉締付位置がずれていた。

処置
- ドアを押さえながら アンロック操作を行ない ロック解除。
- ドアパッキン取付すし 扉締 取付。
- 運転確認 真空パルス正常 動作確認。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	なし			

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 / H× / 名× 7500円	7500
3	派遣料 / 名× 円	3500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

料金内訳

⑬ A 部品代		0
⑭ B 技術料等		11000
⑮		
⑯ 税別合計金額		11000
消費税		880
ご請求金額 ¥		11880
納品書No.		

最終確認チェック: □漏れ □行程異常 □異音・異臭 □安全装置動作 □絶縁 □プログラム設定 □試運転 □最終検査終了

お客様への伝言
ドアパッキン交換お願いします。

□別紙添付 あり なし

隣の機器のコンディション
メーカー
機種
□異常なし □警報・Er □漏れあり □異音あり □破損あり □劣化あり
部位

サービスセンター: 新潟 TEL - - 実施者: 横員

部署長	入力	検印	納品書

C 実施者→営業