

C 作業報告書

お得意様	ゆきぐに大和病院 様				ご承認印
住所					
TEL	025-777-2111	室名	歯科	ご依頼	様
機種型式	Icclave	号機	318	回	
完了	継続	有料	無料	製番	100091
取扱業者名	IHIシバウラ	様	ご担当者	様	

ご依頼内容・現象

エラー-24発生 缶内温度センサー故障

原因

缶内温度センサー不良

処置

缶内温度センサー交換
配線調整 取付
試運転 動作確認

最終確認チェック

☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション
メーカー
機種
☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり
部位
☐別紙添付 ☐あり ☐なし

作業日 20 16 年 6 月 24 日

保守形態	1 保守契約	2 性能整備	3 点検	4 点検整備	5 点検	対象外 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非特管 管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 EC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H× 1 名×7,500円	15,000
3	派遣料 230km 名× 100円	23,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	高速料金	5,000

サービスセンター

新潟

TEL - -

実施者

佐藤

メモ

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 新潟SC 群馬SC 神奈川SC 大阪SC 北九州SC
青森SC 長野SC つくばSC 静岡SC 兵庫SC 福岡SC
秋田SC 松本SC 千葉SC 名古屋SC 岡山SC 長崎SC
仙台SC 金沢SC 埼玉SC 岐阜SC 四国SC 鹿児島SC
郡山SC 北関東SC 東京SC 京都SC 広島SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 788479

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料金内訳	
⑬ A	
部品代	0
⑭ B	
技術料等	46,600
⑮	
⑯	
税別合計金額	46,600
消費税	3,728
ご請求金額 ¥	50,328

納品書No. 2557