

作業報告書

お得意様	たかはし歯科クリニック 様			ご承認印
住所	新潟県阿賀野市小島町7-4			様
TEL	0250-25-7581 室名			
機種型式	LC clare	オート7L7	号機	381 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名		新三井アグリテック 様		ご担当者
				中澤 様

ご依頼内容・現象
排水コネクタ から 水漏れあり。

原因 排水コネクタ - 劣化あり。

処置、排水コネクタ - 交換。
・排水タコを除去し、清掃した。
・三井アグリテック、清掃した。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 12 月 11 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 ストップ	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 12 月 11 日 12 時 00 分

作業完了時刻 12 月 11 日 13 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	排水コネクタ -	1		2,000

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 7,500 円	7,500
3	派遣料	1 名 × 円	12,700
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サービス 新三井 実施者 石渡 員

TEL - -

部署長	検印	入力	納品書
職員	20	久保	小

メモ

特記事項

①管理 No. 797813

②作業日 20 17 12 11

③Uコード 0250257581

④⑤機種コード 11 - 73

⑥製造 No. 100096

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 60 - 199 - 1

⑨実施SC 58

⑩技術者 16

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A 部品代 0

⑭B 技術料等 20,200

⑮

⑯ 税別合計金額 20,200

⑰ 消費税 1616

ご請求金額 ¥ 21,816

納品書 No. 7821