

D 作業報告書

依頼者 舘見生歯科医院	様	ご承認印
住所 新居市中央区新403-16-14		
TEL 025-284-2030	室名	ご依頼
機種 BC-17	号機	運転回数 2996 回
完了	継続	有料 無料
製番	14060084	
取扱業者名 株式会社アグリテック	様	ご担当者 宮下 様

ご依頼内容・現象
エラー NO.30 真空異常 多発
7/110ボタンを交換したが、改善されない。

原因
真空機能が低下している様子あり。

処置
ふた10ボタン再度取付後 リークテスト
実施。 -0.085MPaまで到達せず、エラー
30発生。
① 引取り点検実施 予定となる。
② 筒本フィルター取付予定。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	図の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 3 月 30 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 点検 整備	5 点検	9 点検 外	(摘要✓)
サービ ス形態	1 保守 期間	2 スポ ット	3 CM	医療 機器		特 管	非特 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 コー ル
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 7フ ター
							90 他

(24時制で記入)

受付時間 3 月 30 日 9 時 00 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 3 月 30 日 14 時 00 分
作業完了時刻 3 月 30 日 15 時 00 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	筒本フィルター (交換品)	1		

1	基本・搬付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H× 1 名× 8000 円	8000
3	派遣料	1 名× 円	8600
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

部署長	検印	入力	納品書
新編	機貝	小林	久保
TEL	-	-	

メモ

特記事項

①管理 No. 797912

②作業日 20 18 03 30

③Uコード 0252842030

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造 No. 14060084

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 201 - 9

⑨実施SC 58

⑩技術者 16

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料金内訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 16600
⑮	
⑯	税別合計金額 16600
消費税	1328
ご請求金額 ¥	17928
納品書 No.	11248