

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300121
作業年月日	平成27 年 6 月 12日		作業時間: 1 Hr
顧客名	まちだクリニック		TEL: 098-895-1900
所在地	北谷町上勢頭556-3		担当 様
販売店	中央医療器		担当 上原健一 様
納入年月日	平成 26 年 4 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
6/2 消毒時給水異常 12/2 排水注意			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED 正常 レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン 正常 レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作 正常 レ パルス数380
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン 正常 レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン 正常 レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン 正常 レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度 正常 レ 履歴 0, 69 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動 正常 レ
清掃	正常	レ	電源コード 正常 レ
トレイ	正常	レ	殺菌チューブ類 正常 レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 256	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 60	殺菌+7L: 196
	リークチェック: 255	自己洗浄: 180	7L単独: 20	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	排水栓		レ	1
分解触媒		レ	1			☐	
オゾンセンサー		レ	1			☐	
フィルター		レ	1			☐	
吸盤		レ	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2015年 6 月 12日

ご署名

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城