

点検・修理報告書

管理 No. 20180967

発行日: 年 月 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2018 年 11 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	木村歯科医院 様	TEL:	
所在地	新潟県小千谷市城内1-4-18		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 新潟営業所		ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 22 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100161	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ドア前面からの水漏れ（水垂れ）

原因

ドア内側の結露水による水垂れ

（ガラス内側が汚れており結露した水滴が汚れと一緒に垂れた事によるもの）

処置、作業内容

ガラス内側清掃

特記事項

循環水ラインのストレートとエルボの樹脂継手交換

定期メンテナンス実施

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	改修用部品一式		1式		
2	ドアパッキン（上下）		1		
3	薬剤ポンプチューブ		2		
4	HEPAフィルタ		1		
5	プレフィルタ		1		
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒947-0028 新潟県小千谷市城内1-4-18

木村 歯科医院

TEL 0258-77-9764

ご署名

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	関口