

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 木村歯科医院 御中 製造番号 100161

住所 新潟県小千谷市城内1-4-18

点検日 2018年 9 月 27 日

点検時間 ~ 点検者 川本

- ☐ 扉開閉ラインの交換
- ☐ エッジガードの追加
- ☐ 樹脂エルボの交換
- ☐ 最新プログラムへの書き換え
- ☐ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☐ 防水シートの追加
- ☐ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☐ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☐ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☐ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2018年 10 月 15 日

ご署名

木村 勝年

印



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528