

作業報告書

依頼者	木村歯科医院 様		ご承認印	
住所	新潟県小千谷市城内1-4-18		木村	
TEL	0258-77-9764	室名		様
機種型式	IC Washer	洗浄機	号機	993 回
完了	継続	有料	無料	製番 100161
取扱業者名	エムシーアグリテック 様		ご担当者	宮下 様

ご依頼内容・現象
扉の右下側から水漏れあり。

原因
ドアロックン劣化及び調整不足あり。

処置
ドアロックン一式交換。
ドア締付調整しました。
試運転漏水チェック。
漏水あり

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言 修理完了、ありがとうございました。	降の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 2018年8月27日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 8月27日 9時20分

作業完了時刻 8月27日 11時30分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアロックン一式	1		交換品
	ドア調整			

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)
2	技術料 1名 × 8000 円	16000
3	派遣料 166100 円	16600
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3000
6	高圧代費	3980

サービスセンター	新島	実務員	部長	検印	入力	納品書
TEL - -						

メモ

特記事項

①管理 No. 804209

②作業日 20180827

③Uコード 0258779764

④⑤機種コード 111 - 74

⑥製造 No. 100161

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 60-501-1

⑨実施SC 58

⑩技術者 16

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等 39580
⑮	
⑯	税別合計金額 39580
	消費税 3166
ご請求金額 ¥ 42746	
納品書 No. 4493	