

《不具合対応報告書》

担当者:宮下・小笠原

【発生日】 2018年 10月 31日
【対応日】 2018年 11月 7日
【連絡元】 ■モリタ(担当者:新潟 須佐 様)
□ユーザー
■その他(クワバラ 小竹 様)
【ユーザー名&県名】 新潟県 えびがせファミリー歯科

WD-150【機番:13100031】

IC Clave【機番: 】

【症状】

温度上昇しない

【症状】

【対応方法】 ■引取り修理(代替機no.104060074)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換()
□その他()

【対応方法】 □引取り修理(代替機no.)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換()
□その他()

【給水方法】 □水

■水&お湯 ※お湯の水勢が非常に弱く、300秒でも満水にならないため、
水みの設定とした。客先には説明済。

【給水方法】 □アイオニー使用

□精製水購入

□その他()

【ラック種類】 □標準ラック

■ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ■有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【滅菌バッグ】 □ディスポ

□リユース

【網の種類】 □トレー棚

□網バスケット

【備考】

引き上げ機はエムシー磯貝様より11/7岡山へ発送していただいた。

【ハンドピースの滅菌】 □有 □無

【設置場所】

【備考】