

2019 02/02 11:40 FAX 025 275 8365 エムシーサービス新潟SC 0002/0002

C 作業報告書

お客様 様	えががせふり歯科	ご承認印
住所	新潟市東区海老名 3008	
TEL	025-385-6074 番	
機種名	洗浄機	メーカー モリタ・ハイテク
型式	WD150 (号機)	製番 13/00031
完了	継続	有料 無料

ご依頼内容・現象
エラー発生
(NO.16 槽内温度低下)
(ご依頼者 様)

原因
詳細不明

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・現場訪問状況確認 (12分)
・洗浄工程に入り、ホムログが作動後すぐにエラー発生。
・中板ノズルが下向きだった為、上向きに補修。エラー発生。
・基板のセンサー・コネクタを差込み直して。エラー発生。
・マニュアル作動にてセンサー・ホムログを正常に動作させ、エラー発生。
・20分程度作業して、エラー発生。洗浄工程正常。エラー発生。
(安田様、宮下様に報告し、3/4に引き取り手となる)

お客様への伝言

作業日 20 19 年 2 月 1 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外		
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非 特 非		
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 撤去移設
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 ト見	77 FC	80 アフター	90 その他

受付 2 月 1 日 15 時 00 分
到着時間 2 月 1 日 15 時 30 分
作業完了時刻 2 月 1 日 18 時 30 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H× / 名× 800 円	24,000
3	派遣料	7 km / 名× 100 円	700
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

責任技術者	検印	入力	納品書
新 潟	実 施 者	機 員	
TEL			

取扱業者 (請求先)
ハイアグリーフ

(支店名)
(ご担当) 宮下 様

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社
〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター
〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社
〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 807560

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額
⑱	消費税

ご請求金額 ¥	26,676
納品書 No.	