

③ 作業報告書

招牌樣	相澤齒科醫院				樣	二原認印
住所	新潟市西区小新5-5-12					相澤
TEL	025-211-8051		番			
機種名	洗浄機			イカー	毛117	
型式	WD-150		(号機)	製番	14060084	
完了	継続	有喇	無料	運送回収	2173	

ご依頼内容・現象
使用前 電源を入れた時に エラー発生。
エラー「機器内漏水」の表示。
発生
(ご依頼者様)

原因 本体内部後部の排水確認センサー部より
少量の水漏れあり。漏水センサーが感知した。

処置
☒部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

排水センサーBOX 1コ、漏水センサー1コ
交換しました。他に異常のチェック
動作及び漏水チェック、正常です。

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形 形態	1 守契約	2 性契約	3 性契約	4 点検	5 点検	9 対象	(摘要✓)	
	1 守期間	2 スポット	3 CM	医療機器			区分	特管 非特管
作業 区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 取扱 移設
	70 PR	72 取説明	73 改造	74 部品納入	75 ト見	77 FC	80 アフター	90 その他

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2 H × 1 名 × 8000 円	16,000
3	派遣料	23km 1 名 × 100 円	2,300
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

サービスセンター

新潟

TEL

実施者

磯貝

責任技術者	検印	入力	納品書
			

取扱業者 (請求先)

1977年11月

(支店名)

(ご担当者) 宮下 桃

(注文No.)

管理 807622

左記作業をおこないましたので、ご
検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

・医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

 エムシーサービス株式会社

T 387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4034

札幌SC	長野SC	つくばSC
秋田SC	松本SC	千葉SC
仙台SC	金沢SC	埼玉SC
岡山SC	北九州SC	京都SC
新潟SC	群馬SC	東京SC

神奈川 SC	大阪 SC	福岡 SC
静岡 SC	柿山 SC	長崎 SC
名古屋 SC	岡山 SC	鹿児島 SC
岐阜 SC	広島 SC	
京都 SC	北九州 SC	

・洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

13 A

部 品 代

14 B

技術科等

15

稅別合計金額

消費稅

ご請求金額 ¥

納品書 No.

C 実施者 → 営業