

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 笹出線歯科クリニック 御中 製造番号 100196

住所 新潟県新潟市中央区米山10-8 米山ビル BC室

点検日 2019年 2月 26日

点検時間 ~ 点検者 関口

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

笹出線歯科クリニック

〒950-0916 新潟市中央区米山10-8 日生不動産米山ビル1階BC室

TEL・FAX 025-383-8119

2019年 3 月 11 日

ご署名 院長 阿部 祐三 印

本作業にて知れた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528