

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 3月 5日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年 3月 13日	作業時間:	Hr
顧客名	仁かほ歯科クリニック 様	TEL:	0250-25-7581
所在地	新潟県阿賀野市中島町7-4	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 新潟営業所	ご担当	長瀬 様
納入年月日	2016年 4月 5日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 100096	運転回数: 2468回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.12 ドアセサ-異常		
・エラーNo.25 圧カセサ-故障		
原因		
・圧カセサ-の故障		
処置、作業内容		
・圧カセサ-を交換しました。		
・ドアロックピンを摺動性の良い部品へ交換しました。		
特記事項		
BMS-Test STEAM		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧カセサ-		1		
2	ドアロックピン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		40

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

31年 4月 5日


ご署名 高橋 希 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者



小柳