

② 作業報告書

荷主 有蔵	たかはし 歯科クリニック				様	ご承認印	
住所	新潟県阿賀野市千鳥町 7-4					高橋	
TEL	0250-25-7581		室				
機種名 型式	Q22B オートクレープ (号機)				メーカー モリタ	H1127157	
	IC-Clave				製番	100096	
完了	継続	右料	無料	通称略	2756 回		

ご依頼内容・現象
 ドア付近から異音が出た。2/27.
 3/28午前中使用時は異音発生なし。
 (ご依頼者 様)

原因 DP1107タンから蒸気が漏れていた音と
思われる。
(DP1107タン面に糸くず付着あり)

処置

☐ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

- ・ドブバツキンハツ、系ケ等付着加、清掃後試運転を実施。(1340 乾燥利) 異常なし。
- ・正常で可。

(定額 719/1000, 1100 中 939/1000)

お客様への伝言
 ドアロックは、ドアロック面と金体側の
 ロック面と裏面（金体側）が合致しない様に
 ご注意ください。

作業日 20 20 年 2 月 28 日

保形	守	1 守約	2 性移	3 性移	4 性移	5 点検	9 対象外	(摘要✓)	
	守	1 守約	2 性移	3 性移	4 性移	5 点検	9 対象外		
サース形態	1 守約	2 スム	3 CM	医療機器			区分	特	非特
	1 守約	2 スム	3 CM	医療機器			区分	特	非特
作区	業	00 製品	10 納入	11 現調	20 定期	30 性能	40 点検	50 一	60 撤
	業	00 製品	10 納入	11 現調	20 定期	30 性能	40 点検	50 一	60 撤
作区	業	70 PR	72 取説	73 改造	74 品入	75 下見	77 FC	80 ア	90 其
	業	70 PR	72 取説	73 改造	74 品入	75 下見	77 FC	80 ア	90 其

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 8000 円	8,000
3	派遣料	40Km 1名 × 100 円	4,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

サークルエンター 新文庫 TEL	実 機 施 者	責任技術者 	検印	入力	納品
------------------------	------------------	--	----	----	----

取扱業者 (請求先)
株式会社 アグリティック
環境プロジェクト部
(支店名)
(ご担当者) 宮下 様
(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-6
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC
 秋田SC 徳島SC 仙台SC 新潟SC 岡山SC 広島SC
 山梨SC 金沢SC 埼玉SC 東京SC 岐阜SC 愛媛SC
 山形SC 北関東SC 千葉SC 静岡SC 奈良SC 鹿児島SC
 新潟SC 西宮SC 京都SC 福岡SC 九州SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター
 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

メディカルケア株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 818616

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

⑬ A	部品代		
-----	-----	--	--

技術料等	15000
------	-------

15			
----	--	--	--

税別合計金額	15,000
--------	--------

消費税		1500
-----	--	------

ご請求金額 ¥	16500
---------	-------

納品書 No.	
---------	--

B 实施者→取扱業者