

⑤ 作業報告書

指導 様	えびがせファミリー歯科				様	ご承認印	
住所	新潟市東区海花4丁目3008						
TEL	025-385-6074	箸					
機種名	ウエルターデザインZ7ター				イー カー	モリタ H1777777	
型式	WD-150 (号機)				製番	13100031	
完了	継続	有料	無料	取 扱 数	1/4小巻 818 回		

ご依頼内容・現象
 エラー (洗剤供給異常)

(ご依頼者 様)

原因 洗剤不足、(洗剤タンクにエラーが流入した可能性あり)

処置

☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

洗剤タンクレベル、フローセンサーレベル、
 洗浄剤カレントレベル、50ml、コネクタレベル、正常です。
 90.5%乾燥なしプログラムでスタート。
 洗浄工程、洗剤投入確認 40ml、エラーなし。

不具合お困り、お詫言います。

お客様への伝言
ミズミズボトレ 家族が揃う。しずく。

作業日 20 年 月 日

保形 サ一 ス形 作業 区	守 態	1 守 契約	2 性 検 備	3 性 検 点	4 性 検 移	5 点 検	9 対 外	(摘要✓)	
	期 形	1 守 定期	2 ス ポ ト	3 CM	医療 機器			特 性	非 特 性
	業 分	00 製 販	10 納 入 費	11 現 地 調 整	20 定 期 検	30 性 能 検 査	40 点 検	50 ゴ ル フ	60 撤 去 移 設
		70 PR	72 取 扱 説明	73 改 造	74 部 品 納	75 下 見	77 FC	80 ア フ ター	90 そ の 他

受 付 月 日 時 分

到着時間 1.1 月 17 日 12 時 30 分

作業完了時刻 月 日 18 時 00 分

コ	ー	ド	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.	)	
2	技術料 1.5 H×	1 名×	8500 円	12,750
3	派遣料 7km	1 名×	100 円	700
4	宿泊費	泊×	名× 円	
5	諸経費			3000
6				

サ ー ビ ス セ ン タ ー	新 潟	実 施 者	財 団
TEL			

責任技術者	検印	入力	納品書
機員			

取扱業者 (請求先)

「H」アグリテック

環境プロジェクト部
(支店名) サービスグループ

(乙担当者) 藤原様

(注文No.)

管理No. 828190

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-6
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	長野SC	つくばSC
秋田SC	松本SC	千葉SC
仙台SC	金沢SC	埼玉SC
郡山SC	北関東SC	富都園C
新潟SC	徳島SC	高松SC

神奈川 SC	大阪 SC	福岡 SC
静岡 SC	京都 SC	岡山 SC
名古屋 SC	山形 SC	広島 SC
岐阜 SC	北九州 SC	
京都 SC		

・洗淨・滅菌業務委託、医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

平387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

—A	部品代		
----	-----	--	--

143

技術料等	16450
------	-------

15

--	--	--	--	--

16

税別合計金額	16,450
--------	--------

消費稅

	1645
--	------

請求金額 円	18095
--------	-------

納品書 No.

B 実施者→取扱業者