

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 30年 6月 11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S			製造番号 : 300121
作業年月日	平成29 年 6月 29日			作業時間 : 1 Hr
顧客名	まちだリニック			TEL : 098-895-1900
所在地	北谷町上勢頭556-3			担当 様
販売店	中央医療器			担当 上原健一 様
納入年月日	平成 26年 4月 1日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
なし

点検項目			
フタロック	正常	LED	正常
酸素ライン	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：435		更新 (リセッ) 実施・未実施		殺菌：	殺菌+7L：			
	リークチェック：1561	自己洗浄：886	7L単独：80	エア単独：0		395			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称			部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	排水栓				レ	1
分解触媒		レ	1					□	
オゾンセンサー		レ	1					□	
フイルター		レ	1					□	
吸盤		レ	3					□	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 上元 美和 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL : 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城