

点検・修理報告書

管理 No. 210334

発行日: 2021/9/1

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年8月30日			作業時間:	Hr
顧客名	大通り歯科クリニック 様			TEL:	025-362-6480
所在地	新潟県新潟市南区大通黄金3-1-1			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015 年 12 月 16 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100048	運転回数:	354/2617 回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー2 洗浄槽満水					
原因					
冷却水用の電磁弁が経年劣化のため故障しており					
冷却水が洗浄槽内に戻り洗浄槽満水が出ていました。					
処置、作業内容					
給水電磁弁交換					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水電磁弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 9 月 15 日 後印 印		

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/09/01	'21/09/01	'21/09/01