

点検・修理報告書

管理 No. 210747
発行日: 2021年12月7日

IC Clave			
作業年月日	2021年12月1日		作業時間: 8 Hr
顧客名	たかはし歯科クリニック 様		TEL: 0250-25-7581
所在地	新潟県阿賀野市中島町7-4		ご担当 様
販売店	株式会社 クワバラ		ご担当 藤田 様
納入年月日	2016 年 4 月 5 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100096	運転回数: 4868回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・排水量が異常に少ない。

原因

・排水コネクタに汚れがたまって流れが悪い状態でした。

処置、作業内容

・排水コネクタを交換しました。

特記事項

・排気弁にうなり音がありましたので、交換しました。

・アジャスタ破損のため、交換しました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水コネクタ		1		
2	排気弁		1		
3	アジャスタ		1		
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
	技術料	
	出張料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 12月13日

ご署名 山倉 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者