

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 12月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100120
作業年月日	平成24年 12月 6日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	西山団地内科胃腸科		TEL:	
所在地	愛知県名古屋市名東区西里町1-36		担当	院長 様
販売店	新鋭工業販売株式会社		担当	澤田 様
納入年月日	平成 24年 8月 2日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	930	更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	殺菌:	883	殺菌+7L:	1273
	リークチェック:	64	自己洗浄:	524	7L単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 年 月 日

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 引取り 奥野作 印

株式会社 IHI シバウラ
 環境事業部 営業・メンテナンス部
 長野県松本市石芝1-1-1
 0263-25-4756

責任技術者	作業者
	宮下