ウオッシャーディスインフェクター　WD－１５０　設置報告書

作業者用

株式会社IHIシバウラ
環境事業部　環境サービスGL
〒704－8122　岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL086－944－6528
FAX086－942－9030

お客様				ご確認	
	名称	水戸口腔センター	製造番号	13100049	
	住所	茨城県水戸市見和2-292	納入検査実施日	H26.7.2	
	納入場所	茨城県歯科医師会館内	納入検査・会社・実施者	エムシーサービス(株) 大里 斎田	

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

出張費	時間	単価	数量