

点検・修理報告書

管理 No. 20180406

発行日: 2018年 04月 06日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 4 月 6 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	さくらデンタルクリニック 様 TEL: 029-832-3500
所在地	茨城県日立市大久保町1-1-20 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 水戸営業所 ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 5 日 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100120	運転回数: 1173	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① ドア開閉時に異常音が発生。

原因

① ドア開閉用パネ保護シートが本体筐体と接触したことにより開閉時に異音が発生しました。

処置、作業内容

① ドア開閉対策部品と交換しました。

特記事項

① その他点検しましたが異常なし。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1セット		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒316-0012 茨城県日立市大久保町1丁目1番20号
さくらデンタルクリニック
 ご署名 院長 櫻井 禪 士印

修理業者	株式会社IHIAグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	責任技術者	作業者
		桐 '18/04/06 野	桐 '18/04/06 野