

D 作業報告書

依頼 田澤南科医院	様	ご承認印
住所 水戸市姫子2-352-18		
TEL 029-277-3533	重名 IF	ご依頼 様
機種 型式 WD-150	号機 14060083	回 1
完了	継続	有料
無料	製番	14060083
取扱業者名 エムシーサービス	様	ご担当者 廣瀬

ご依頼内容・現象
異音発生 洗剤投入の設定が出来る
(洗剤投入点検時の様子)

原因
・冷却用ポンプ配線が同軸するハネに当たっていた
・工場点検時、洗剤投入量を0mlに設定していた

処置
・冷却用ポンプ配線 結束、固定 異常無
・洗剤投入量 0ml → 50ml に変更
・洗剤投入量 25ml 確認
・試運転 90c. 5分実施 OK
・エムシーサービスと院長に説明

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
メーカー	機種
☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり	部位
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 3 月 18 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 点検 整備	5 点検	9 点検 外	(摘要✓)
サービス 形態	1 保守 期間	2 スト CM	3 医療 機器	4 区分	5 特 管	6 非 特 管	
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 点検 外
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 25 H× 1 名× 7500 円		18750
3	派遣料 110km× 1 名× 100 円		11000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6	商運代		2200

サービス センター	実 施 者	大工
TEL	-	-
部署長	入力	検印
納品書	納品書	納品書

メモ

特記事項

①管理 No. 780252

②作業日 20 16 3 18

③Uコード 0292773533

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14060083

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 62-324-2

⑨実施SC 76

⑩技術者 46

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 31750
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 31750
⑱	消費税 2556

ご請求金額 ¥ 34506

納品書 No. 10506