

D 作業報告書

お客様 水戸口脛セ:7- / 様	ご承認印	
住所 茨城県水戸市見和2-292-2	〒311	
TEL 029-254-4171	室名 1F	ご依頼 様
機種 型式 WD-150	号機	運転 回数
完了	継続	有料
無料	製番	14070112
取扱業者名 エムシーサービス 様	ご担当者 廣瀬 様	

ご依頼内容・現象
F-8 循環水圧低下異常発生。

原因
循環ポンプ70の、7月交換。

処置
循環ポンプ70取外し、部品確認。
循環ポンプ交換。
試運転実施(90分) 漏水無。

最終確認チェック
☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 4 月 6 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 整備	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	9 対象 外	(摘要✓)
サービ ス形態	1 保守 期間	2 スポ ット	3 CM	医療 機器		区分	特 非 管 特
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 コー ル
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 PC	80 アッ ター
							90 その他

(24時制で記入)
 受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ70	1		22500

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料 3H× / 名× 7500円	22500
3	派遣料 / 名× 100 円/km × 110km	11000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000-
6	高圧代 1100×2	2200

サービス センタ TEL 029-864-5009	実施 者 行川
---------------------------------	---------------

メモ

特記事項

①管理No.	780208
②作業日	20 16 4 6
③Uコード	029-254-4171
④⑤機種コード	11-09
⑥製造No.	14070112
⑦保守・サービス形態 作業区分	9-2-50
⑧故障コード	32-202-7
⑨実施SC	76
⑩技術者	45
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	1-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等 38700
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 38700
⑱	消費税 3096
ご請求金額 ¥ 41796	
納品書No. 261	